

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of calibration

Nº de certificado:
Certificate number:

XXXXXXXXXXXXXX

Página 1 de 2

INSTRUMENTO:
Instrument:

Estufa

FABRICANTE:
Manufacturer:

Selecta

MODELO:
Type:

Digitronic

CODIGO:
Code:

2005042

NUMERO DE SERIE:
Serial number:

XXXXXXXXXX

PETICIONARIO:
Customer:

Sr. XXXXXXXXXXXXX
Tecnologías Elman
C/ Cordelería, 7
48013 Bilbao
944905581

FECHA DE CALIBRACION:
Date of calibration:

XXXXXXXXXXXXXX

Firma autorizada:
Authorized signatory:

Fecha de emisión:
Date of issue:

XXXXXXXXXX

Ibon Barona
Responsable de metrología

Este certificado refleja los resultados obtenidos en la fecha que fueron realizadas las mediciones y en las condiciones que se practicaron. No obstante dicho certificado como tal no acredita el correcto funcionamiento del equipo calibrado.

La incertidumbre se ha calculado conforme al documento CA ENAC LC/02.

La validez del presente Certificado es de 1 año.

Tecnologías Elman no se responsabilizará del uso inadecuado del presente documento.

Prohibida la reproducción del presente documento si no es en su totalidad.

Informe de calibración / Calibration record.

Nº:

Datos del ensayo / Test conditions.

Equipo de medida nº: / Test instrument code: 905
 Identificación del equipo: Tested unit identification:
 Code: ICP 500
 Nº Serie:
 Numero de sondas de medida / Number of measuring probes: 8
 Segundos entre batidos: / Minutes between scans: 300 s
 Tª Ambiente / Room temperature: 18.63 °C
 Tª Consigna / Set Temperature: 37 °C

Resultados del ensayo: / Test results

Registro de los 10 últimos batidos: / Last 10 scans record:

C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7	C 8	Media
36.61	37.37	37.37	36.85	36.63	37.59	37.16	37.31	37.11
36.58	37.36	37.38	36.83	36.73	37.60	37.16	37.19	37.10
36.69	37.35	37.27	36.83	36.72	37.60	37.06	37.28	37.10
36.73	37.37	37.24	36.83	36.75	37.59	37.15	37.29	37.12
36.71	37.33	37.32	36.82	36.65	37.55	37.14	37.16	37.09
36.76	37.34	37.33	36.69	36.72	37.55	37.13	37.26	37.10
36.77	37.36	37.29	36.80	36.72	37.45	37.14	37.24	37.10
36.76	37.26	37.31	36.81	36.72	37.47	37.13	37.24	37.09
36.69	37.38	37.34	36.81	36.72	37.59	37.05	37.27	37.11
36.85	37.43	37.26	36.86	36.78	37.60	37.07	37.30	37.14

Valores calculados: / Calculated values:

Tª media Global: / Global average temperature : 37.105 °C
 Error de media: / Error: -0.10 °C
 Variación espacial: / Space variation: 0.643 °C
 Variación temporal / Time variation: 0.034 °C
 Incertidumbre / Uncertainly: 0.660 °C

Grafico de Temperatura / Temperature graph:

